

## 人工呼吸器（アイ・エム・アイ社製 VELA）保守点検業務仕様書

地方独立行政法人京都市立病院機構を「甲」とし、受託者を「乙」として、本仕様書に基づき、下記のとおり保守点検を実施する。

### 記

#### 1 対象機器

人工呼吸器 VELA（アイ・エム・アイ社製）3台

#### 2 設置場所

京都市中京区壬生東高田町1番地の2 京都市立病院

#### 3 契約期間

平成26年7月1日～平成27年3月31日

#### 4 契約条件

##### (1) 業務の内容

ア 年2回の定期保守点検

イ 故障発生時の修理対応

##### (2) 実施要領

ア 乙は、点検実施予定表を平成26年7月末日までに甲の経営企画課へ提出すること。なお、実際の点検実施日時等については、病院の業務に支障のないよう、甲乙協議のうえ、そのつど決定することとし、その内容は速やかに経営企画課へ報告すること。

イ 乙は、標準作業書を常備し、従事者に周知すること。

ウ 定期保守点検は標準作業書に基づき実施すること。

エ 乙は、保守点検終了後速やかに、乙の所定の様式により実施結果の報告書を甲の担当者へ提出し、その内容についての確認を得たうえで、完了届を経営企画課へ提出すること。

オ 乙は、本契約の対象機種に故障が発生し、連絡を受けたときは24時間かつ年中無休にて、速やかに（原則として当日中）出張したうえで、点検、調整、修理等を行うこと。

カ 故障の修理に時間がかかる場合等，甲の業務に支障をきたす場合は，乙は無償で代替器を提供すること。

キ 機器に関する取扱い，不具合，故障等の情報については，関係部署へ積極的に情報提供すること。

(3) 本契約に含まれる費用の内訳

ア 定期保守点検にかかる費用及び交換部品（別紙のとおり）を含む一切の費用。

イ 契約期間中の緊急修理にかかる費用及び交換部品（別紙のとおり）を含む一切の費用。（ただし，呼吸回路等の消耗品は別途有償とする。）

(4) 委託料の支払

甲は，契約期間終了後，乙の請求により，委託料を一括して支払う。

5 その他

本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は，甲乙協議のうえ，そのつど決定するものとする。

(別紙)

委託料に含まれる修理部品

パーツ名	数 量	1 年点検 又は 5,000 時間
保守点検キット VELA	1 式	交換
(キットの内訳)		
マフラー/フィルター	1	
リアインレットフィルタ	1	
ファンフィルタ小	1	
ファンフィルタ大	1	
フィルター円錐	2	
チェックバルブ	2	
スプリング (吸気チェックバルブ)	1	
ピストン (吸気チェックバルブ)	1	
マフラーキャップ Tbird/VELA	1	
O リング 中	1	
O リング 小	1	
O リング (.414×.072)	1	
O リング(.4681D×.78)	1	
ビデオ PCB 用 3 V コインバッテリー	1	
バルブ 11/4" UMBRELLA	1	
アンブレラカバー	1	
ワッシャー (ステップ) DX.17ID	2	
酸素センサコネクタ付 VELA(AI)	1	交換
O2 レギュレーター VELA	1	一部の機種のみ
バッテリー12V(VELA) 4 個セット	1	一部の機種のみ

※上記以外の交換パーツは別途有料となる。