

各病棟モニター（日本光電社製）保守点検業務仕様書

京都市立病院各病棟におけるモニターシステム（日本光電社製）の保守点検業務について、地方独立行政法人京都市立病院機構を「甲」、受託者を「乙」として、下記のとおり必要な事項を定める。

記

1 対象機種

別紙のとおり

2 契約期間

契約日～平成29年3月31日

3 業務内容等

(1) 契約期間中は常に機器を良好に使用できる状態を維持するため、定期点検を行うものとし、その点検は製造会社の定める点検記録表により実施するものとする。

(2) 前項の定期点検は、12箇月点検とする。

(3) 乙は、点検実施予定表を毎年度毎に当該年度の4月末までに甲の指定する部署へ提出すること。

なお、実際の点検実施日時等については、病院の業務に支障のないよう甲乙協議のうえ、そのつど決定することとし、その内容を速やかに甲へ報告すること。

(4) 乙は、保守点検等が完了したときは、速やかに甲の担当者へその旨報告するとともに、所定の様式により報告書を提出し、内容について確認を得ること。

4 緊急時の対応

(1) 上記機種に故障が発生し、連絡を受けた場合には、乙は24時間かつ年中無休にて、速やかに（原則として当日中）点検、調整、修理等を行うこと。

(2) 故障の修理に時間がかかる場合等、市立病院の業務に支障をきたす場合は、乙は無償にて代替器を手配し対応すること。

(3) 緊急時の連絡先電話番号を書面にて、甲の病棟担当者及び経営企画課へ提出するものとする。

5 部品等の費用

本業務には、消耗品等の部品代については含まないものとする。

6 支払条件

委託料は、各年度業務完了後、当該年度相当分の額を一括して、乙の請求により甲が支払うものとする。

7 その他

この仕様書に定めのない事項又は疑義を生じた場合は、甲乙協議のうえ、そのつど決定するものとする。

(別紙)

No	保管部署	名称	型式	製造番号	機器分類	納入日	CH
1	3A	20人用(有線4無線16)セントラルモニタ	CSN-6201	00617	セントラルモニタ	2013/03/01	
2	3A	架台付きベッドサイドモニタ(有線)	BSM-6501	01628	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	
3	3A	架台付きベッドサイドモニタ(有線)	BSM-6501	01629	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	
4	3A	架台付きベッドサイドモニタ(有線)	BSM-6501	01630	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	
5	3A	架台付きベッドサイドモニタ(有線)	BSM-6501	01631	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	
6	3A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00645	送信機	2013/03/01	3001
7	3A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00646	送信機	2013/03/01	3023
8	3A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00647	送信機	2013/03/01	3010
9	3A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00648	送信機	2013/03/01	3016
10	3A	液晶付きECG送信機	ZS-920P	10927	送信機	2013/03/01	3004
11	3A	液晶付きECG送信機	ZS-920P	10928	送信機	2013/03/01	3008
12	3A	液晶付きECG送信機	ZS-920P	10929	送信機	2013/03/01	3013
13	3A	液晶付きECG送信機	ZS-920P	10930	送信機	2013/03/01	3019
14	3A	液晶付きECG送信機	ZS-920P	10931	送信機	2013/03/01	3026
15	3A	液晶付きECG送信機	ZS-920P	10932	送信機	2013/03/01	3038
16	3A	液晶付きECG送信機	ZS-920P	10933	送信機	2013/03/01	2054
17	3A	液晶付きECG送信機	ZS-920P	10934	送信機	2013/03/01	2064
18	3A	液晶付きECG送信機	ZS-920P	10935	送信機	2013/03/01	2076
19	3A	液晶付きECG送信機	ZS-920P	10936	送信機	2013/03/01	2095
20	3A	液晶付きECG送信機	ZS-920P	10937	送信機	2013/03/01	2097
21	3A	液晶付きECG送信機	ZS-920P	10938	送信機	2013/03/01	2108
22	3D	4人用セントラルモニタ	WEP-4204	05655	セントラルモニタ	2006/11/28	
23	3D	8人用セントラルモニタ	WEP-5208	01046	セントラルモニタ	2012/03/28	
24	3D	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-2303	03152	ベッドサイドモニタ	2012/03/29	4065
25	3D	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-2303	03153	ベッドサイドモニタ	2012/03/29	4059
26	3D	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-2303	03155	ベッドサイドモニタ	2012/03/29	4079
27	3D	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	29687	送信機	2010/07/01	5040
28	3D	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	10946	送信機	2006/09/01	6004
29	3D	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	11435	送信機	2006/11/01	4021
30	3D	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	11437	送信機	2006/11/01	4042
31	3D	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	10947	送信機	2006/09/01	2013
32	3D	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-530P	04372	送信機	2012/03/29	2080
33	3D	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-530P	04373	送信機	2012/03/29	2068
34	3D	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-530P	04374	送信機	2012/03/29	2058
35	3D	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-530P	04375	送信機	2012/03/29	4026
36	4A	8人用セントラルモニタ	CSN-9601	01948	セントラルモニタ	2013/03/01	
37	4A	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-6301	01453	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	4007
38	4A	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-6301	01454	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	4025
39	4A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00661	送信機	2013/03/01	4030
40	4A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00662	送信機	2013/03/01	4037
41	4A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00663	送信機	2013/03/01	4058
42	4A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00664	送信機	2013/03/01	4062
43	4A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00665	送信機	2013/03/01	4075
44	4A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00666	送信機	2013/03/01	4078
45	4B	4人用セントラルモニタ	WEP-4204	03435	セントラルモニタ	2003/11/27	
46	4B	4人用セントラルモニタ	WEP-5204	02730	セントラルモニタ	2013/03/01	
47	4B	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	OPV-1510	01648	ベッドサイドモニタ	2003/11/01	6053
48	4B	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	OPV-1510	01647	ベッドサイドモニタ	2003/11/01	6041
49	4B	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-6301	01455	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	4001
50	4B	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	03951	送信機	2003/11/01	6048

No	保管部署	名称	型式	製造番号	機器分類	納入日	CH
51	4B	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	03970	送信機	2003/11/01	6071
52	4B	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00614	送信機	2013/03/01	4049
53	4B	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00618	送信機	2013/03/01	4054
54	4B	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00620	送信機	2013/03/01	4072
55	5A	8人用セントラルモニタ	CSN-9601	01949	セントラルモニタ	2013/03/01	
56	5A	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-6301	01465	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	5003
57	5A	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-6301	01466	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	5006
58	5A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00820	送信機	2013/03/01	5017
59	5A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00821	送信機	2013/03/01	5019
60	5A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00822	送信機	2013/03/01	5023
61	5A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00823	送信機	2013/03/01	5044
62	5A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00824	送信機	2013/03/01	5051
63	5A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00825	送信機	2013/03/01	5056
64	5B	8人用セントラルモニタ	CSN-9601	01947	セントラルモニタ	2013/03/01	
65	5B	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-6301	01451	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	5009
66	5B	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-6301	01452	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	5027
67	5B	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00655	送信機	2013/03/01	5032
68	5B	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00656	送信機	2013/03/01	5039
69	5B	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00657	送信機	2013/03/01	5060
70	5B	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00658	送信機	2013/03/01	5064
71	5B	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00659	送信機	2013/03/01	5066
72	5B	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00660	送信機	2013/03/01	5077
73	6A	8人用セントラルモニタ	CSN-9601	01946	セントラルモニタ	2013/03/01	
74	6A	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-6301	01457	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	6009
75	6A	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-6301	01458	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	6027
76	6A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00814	送信機	2013/03/01	6032
77	6A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00815	送信機	2013/03/01	6039
78	6A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00816	送信機	2013/03/01	6060
79	6A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00817	送信機	2013/03/01	6064
80	6A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00818	送信機	2013/03/01	6066
81	6A	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00819	送信機	2013/03/01	6077
82	6B	4人用セントラルモニタ	WEP-5204	02731	セントラルモニタ	2013/03/01	
83	6B	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	PVM-2703	01915	ベッドサイドモニタ	2012/03/01	6024
84	6B	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00798	送信機	2013/03/01	6029
85	6B	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00897	送信機	2013/03/01	6036
86	6B	液晶、SpO2測定機能付き送信機	ZS-630P	00909	送信機	2013/03/01	6057
87	6C	4人用セントラルモニタ	WEP-4204	03993	セントラルモニタ	2004/08/25	
88	6C	4人用セントラルモニタ	WEP-4204	03994	セントラルモニタ	2004/08/25	
89	6C	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-2303	00452	ベッドサイドモニタ	2004/08/01	4024
90	6C	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-2303	00451	ベッドサイドモニタ	2004/08/01	6003
91	6C	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	02410	送信機	2004/08/01	4057
92	6C	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	02414	送信機	2004/08/01	4029
93	6C	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	02415	送信機	2004/08/01	4036
94	6C	ECG送信機	ZS-910P	01041	送信機	2011/08/05	4064
95	6C	ECG送信機	ZS-910P	17896	送信機	2012/02/29	4066
96	6C	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	02505	送信機	2004/08/01	6019
97	6D	4人用セントラルモニタ	WEP-4204	03995	セントラルモニタ	2004/08/25	
98	6D	4人用セントラルモニタ	WEP-4204	05631	セントラルモニタ	2006/09/19	
99	6D	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-2303	01364	ベッドサイドモニタ	2004/08/01	2005
100	6D	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-2303	01363	ベッドサイドモニタ	2006/09/01	2036

No	保管部署	名称	型式	製造番号	機器分類	納入日	CH
101	6D	ECG送信機	ZB-910P	00642	送信機	2001/11/01	5079
102	6D	ECG送信機	ZB-910P	00882	送信機	2001/11/01	5031
103	6D	ECG送信機	ZB-910P	00877	送信機	2001/11/01	5076
104	6D	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	02508	送信機	2004/08/01	6022
105	6D	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	02416	送信機	2004/08/01	2037
106	6D	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	02437	送信機	2004/08/01	6006
107	7C	4人用セントラルモニタ	WEP-4204	01201	セントラルモニタ	2001/11/30	
108	7C	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-2303	00462	ベッドサイドモニタ	2004/08/01	6002
109	7C	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	02509	送信機	2004/08/01	6016
110	7C	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	02507	送信機	2004/08/01	6005
111	7C	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	10945	送信機	2006/09/01	6045
112	7D	4人用セントラルモニタ	WEP-4204	02062	セントラルモニタ	2002/09/03	
113	7D	4人用セントラルモニタ	WEP-4204	05827	セントラルモニタ	2006/09/19	
114	7D	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-2303	01390	ベッドサイドモニタ	2006/11/01	2033
115	7D	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-2303	03154	ベッドサイドモニタ	2012/03/29	2028
116	7D	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	10948	送信機	2006/09/01	2047
117	7D	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	10949	送信機	2006/09/01	2062
118	7D	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	10950	送信機	2006/09/01	2050
119	7D	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	02413	送信機	2004/08/01	6017
120	7D	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	11434	送信機	2006/11/01	4015
121	7D	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	37076	送信機	2012/01/26	6023
122	CT室	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-2303	00463	ベッドサイドモニタ	2004/08/02	
123	NICU・GCU	16人用(有線6人仕様)セントラルモニタ	CSN-6201	00618	セントラルモニタ	2013/03/01	
124	NICU・GCU	ベッドサイドモニタ	PVM-2703	01535	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	
125	NICU・GCU	ベッドサイドモニタ	PVM-2703	01536	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	
126	NICU・GCU	ベッドサイドモニタ	PVM-2703	01537	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	
127	NICU・GCU	ベッドサイドモニタ	PVM-2703	01538	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	
128	NICU・GCU	ベッドサイドモニタ(有線)	BSM-6501	01632	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	
129	NICU・GCU	ベッドサイドモニタ(有線)	BSM-6501	01633	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	
130	NICU・GCU	ベッドサイドモニタ(有線)	BSM-6501	01634	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	
131	NICU・GCU	ベッドサイドモニタ(有線)	BSM-6501	01635	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	
132	NICU・GCU	ベッドサイドモニタ(有線)	BSM-6501	01636	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	
133	NICU・GCU	ベッドサイドモニタ(有線)	BSM-6501	01637	ベッドサイドモニタ	2013/03/01	
134	MEセンター	4人用セントラルモニタ	WEP-4204	03996	セントラルモニタ	2004/08/25	
135	MEセンター	4人用セントラルモニタ	WEP-5204	00980	セントラルモニタ	2010/07/27	
136	MEセンター	送信機能架台付きベッドサイドモニタ	BSM-2301	19497	ベッドサイドモニタ	2010/07/01	5010
137	MEセンター	DMAT用携帯型救急モニタ ライフメイト	WEC-6003	00382	ベッドサイドモニタ	2006/03/31	
138	MEセンター	ECG送信機	ZB-910P	01618	送信機	2004/08/01	4060
139	MEセンター	ECG送信機	ZB-910P	01623	送信機	2002/08/01	4077
140	MEセンター	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	29685	送信機	2010/07/01	5028
141	MEセンター	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	29686	送信機	2010/07/01	5033
142	MEセンター	SpO2測定機能付き送信機	ZS-930P	02506	送信機	2004/08/02	6014
143	外来化学療法センター	4人用セントラルモニタ	WEP-5204	01416	セントラルモニタ	2011/02/18	
144	外来化学療法センター	ECG送信機	ZS-910P	16005	送信機	2011/02/18	5002
145	外来化学療法センター	ECG送信機	ZS-910P	16006	送信機	2011/02/18	5005
146	外来化学療法センター	ECG送信機	ZS-910P	16007	送信機	2011/02/18	5022
147	外来化学療法センター	ECG送信機	ZS-910P	16008	送信機	2011/02/18	5043
148	内科外来	架台付きベッドサイドモニタ	PVM-2701	02222	ベッドサイドモニタ	2012/05/22	