

生理検査ファイリングシステム・自動麻酔記録システム（フクダ電子社製）  
保守点検業務仕様書

京都市立病院における生理検査ファイリングシステム・自動麻酔記録システム（フクダ電子社製）の保守点検業務について、地方独立行政法人京都市立病院機構を「甲」、受託者を「乙」として、次のとおり必要な事項を定める。

記

1 対象機器

- (1)生理検査ファイリングシステム（詳細は別紙の付表のとおり）
- (2)自動麻酔記録システム（詳細は別紙の付表のとおり）

2 設置場所

- 京都市中京区壬生東高田町1番地の2 京都市立病院
- ・生理検査室及びエコーセンター（生理検査ファイリングシステム）
  - ・手術室（自動麻酔記録システム）

3 契約期間

契約締結日から平成30年3月31日まで

4 契約条件

(1) 業務内容

- ア 契約期間中は、常に契約機器を良好に使用できる状態を維持するため、必要な保守点検を行うこと。
- イ 前項の点検のほか、サーバ及びクライアントの故障等の緊急時には速やかに点検、調整、修理等を行うこと。
- ウ その他、必要な業務に関しては、個別機器毎に業務仕様書にて定めるものとする。

(2) 実施要領

- ア 乙は、点検実施予定表を平成29年 月末までに甲の事務局契約担当へ提出すること。なお、実際の点検実施日時等については、病院の業務に支障のないよう、甲乙協議のうえ、そのつど決定することとし、その内容は速やかに事務局契約担当へ報告すること。
- イ 乙は、標準作業書を常備し、従事者に周知すること。
- ウ 定期保守点検は標準作業書に基づき実施すること。
- エ 乙は、保守点検終了後速やかに、乙の所定の様式により実施結果の報告書を甲の担当者へ提出し、その内容についての確認を得たうえで、完了届を事務局契約担当へ提出すること。

オ 乙は、本契約の対象機種に故障が発生し、連絡を受けたときは24時間かつ  
年中無休にて、速やかに（原則として当日中）出張したうえで、点検、調整、  
修理等を行うこと。

カ 故障の修理に時間がかかる場合等、甲の業務に支障をきたす場合は、乙は  
無償で代替器を提供すること。

キ 機器に関する取扱い、不具合、故障等の情報については、関係部署へ積極  
的に情報提供すること。

(3) 本契約に含まれない費用

消耗品等の部品代

(4) 委託料の支払

甲は、契約期間終了後、乙の請求により、委託料を一括して支払う。

5 その他

この本仕様書に定めのない事項又は疑義を生じた場合は、甲乙協議のうえ、その  
つど決定するものとする。

## 生理検査ファイリングシステム

## 付表

<オンサイト点検>	1
<b>【点検対象品目】</b>	
①EFS-8800 メインユニット	1
②NAS (バックアップ用)	1
③EFS-8800 サーバー	1
④EFS-8800 サブユニット	2
リモート点検	1
⑤EFS-8800 メインユニット	1
⑥WEB8800 サーバー	1
⑦トラブルサポート基本費用	1
<b>【サポート対象品目】</b>	
⑧EFS-8800 心電図パック	1
⑨EFS-8800 オプションパック (ホルタ)	1
⑩EFS-8800 オプションパック (ストレス)	1
⑪EFS-8800 オプションパック (肺機能)	1
⑫EFS-8800 オプションパック (バセラ)	1
⑬EFS-8800 オプションパック (Web)	1
⑭EFS-8800 サブユニット：ソフトウェア	2
⑮EFS-8800 メインユニット	1
⑯NAS (バックアップ用)	1
⑰WEB8800 サーバー	1
⑱EFS-8800 サブユニット	2

## 自動麻酔記録システム

## 付表

<オンサイト点検>	1
【点検対象品目】	
①Mirrel DB サーバ本体	1
②Mirrel GW サーバ本体	1
③操作端末本体	12
④バックアップ装置	1
⑤カラーレーザープリンタ	1
⑥ベッドサイド周辺機器ソフト	11
<リモート点検>	4
⑦Mirrel DB サーバ本体	4
⑧Mirrel GW サーバ本体	4
⑨トラブルサポート基本費用	1
【サポート対象品目】	
⑩Mirrel DB サーバ本体	1
⑪Mirrel GW サーバ本体	1
⑫操作端末本体	12
⑬バックアップ装置	1
⑭カラーレーザープリンタ	1
⑮ベッドサイド周辺機器ソフト	11
⑯CVW-5000 急性期患者情報システム	1