

過酸化水素低温プラズマ滅菌システム ステラッド
(ジョンソン&ジョンソン社製) 保守点検業務仕様書

京都市立病院における過酸化水素低温プラズマ滅菌システム ステラッド(ジョンソン&ジョンソン社製)の保守点検業務について、地方独立行政法人京都市立病院機構を「甲」、受託者を「乙」として、次のとおり必要な事項を定める。

1 対象機器

過酸化水素低温プラズマ滅菌システム (ジョンソン&ジョンソン社製)

- ・ステラッド100NX 1台
- ・ステラッドNX 1台

2 設置場所

京都市中京区壬生東高田町1番地の2 京都市立病院

- ・中央材料室 (ステラッド100NX)
- ・手術室 (ステラッドNX)

3 契約期間

平成28年 月 日から平成33年3月31日まで

4 契約条件

(1) 業務の内容

- ア 年2回の定期保守点検
- イ 通常、緊急における全ての故障発生時の修理対応

(2) 実施要領

ア 乙は、点検実施予定表を平成28年 月末日までに甲の事務局契約担当へ提出すること。なお、実際の点検実施日時等については、病院の業務に支障のないよう、甲乙協議のうえ、そのつど決定することとし、その内容は速やかに事務局契約担当へ報告すること。

イ 乙は、標準作業書を常備し、従事者に周知すること。

ウ 定期保守点検は標準作業書に基づき実施すること。

エ 乙は、保守点検終了後速やかに、乙の所定の様式により実施結果の報告書を甲の担当者へ提出し、その内容についての確認を得たうえで、完了届を事務局契約担当へ提出すること。

オ 乙は、本契約の対象機種に故障が発生し、連絡を受けたときは、速やかに(原

則として当日中) 出張したうえで、点検、調整、修理等を行うこと。

カ 故障の修理に時間がかかる場合等、甲の業務に支障をきたす場合は、乙は無償で代替器を提供すること。

キ 機器に関する取扱い、不具合、故障等の情報については、関係部署へ積極的に情報提供すること。

(3) 本契約に含まれる費用の内訳

ア 定期保守点検にかかる費用及び交換部品（別紙のとおり）を含む一切の費用。

イ 契約期間中の緊急修理にかかる費用及び交換部品を含む一切の費用。

（ただし、日曜・祝祭日に関しては技術料・出張費は別途有償対応）

(4) 委託料の支払

甲は、契約期間終了後、乙の請求により、委託料を一括して支払う。

5 その他

本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、そのつど決定するものとする。