

(別紙)

ステラッドST-100NX 標準交換部品一覧

6ヶ月点検

- ・バキュームポンプオイル
- ・オイルミストフィルター
- ・コンバータ
- ・エアポンプ用シリコンチューブ
- ・エアポンプ用継手
- ・トランジションバルブ
- ・トランスファーバルブ
- ・エアフィルター(ACエンクロージャー下)
- ・電極スペーサートップ
- ・電極スペーサーボトム
- ・電極スペーサーサイド
- ・上段棚レール
- ・下段棚レール
- ・上段棚ストッパー
- ・下段棚ストッパー
- ・棚ハンドル

12ヶ月点検

- ・バキュームポンプオイル
- ・オイルミストフィルター
- ・コンバータ
- ・インレットフィルター
- ・ニードル
- ・ニードルOリング
- ・デリバリーバルブ
- ・ガasket
- ・エアポンプ用シリコンチューブ
- ・エアポンプ用継手
- ・トランジションバルブ
- ・トランスファーバルブ
- ・エアフィルター(ACエンクロージャー下)
- ・ヘパフィルター
- ・UVランプ
- ・UVランプガラス(ランプ側)
- ・UVランプガラス部Oリング
- ・電極スペーサートップ
- ・電極スペーサーボトム
- ・電極スペーサーサイド
- ・上段棚レール
- ・下段棚レール
- ・上段棚ストッパー
- ・下段棚ストッパー
- ・棚ハンドル
- ・ドアOリング
- ・チャンバー内UVランプガラス
- ・サーミスタ(7箇所)