

京都市立病院整備運営事業

「添付資料3-5 要求水準書5 調達業務」に関する想定質問回答

No	ページ	該当箇所					別紙	タイトル	質問	回答	2月6日に公告した入札説明書等に關して3月30日に公表した質問回答から変更したもの
		本文									
		1	(1)	ア	(ア)						
1	1	1	2	ア	イ		価格調査	「定期的に」ありますが、頻度は事業者提案という理解でよろしいでしょうか。	消耗品、消耗備品は最低年1回、それ以外は最低年2回は実施願います。	○	
2	1	1	3	ア	オ		情報提供	新しい医療技術に関わる情報とは、具体的にはどのような情報でしょうか。	<p>次のような医療技術の最新情報を求めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公的病院として難治性、がん・感染症など政策医療技術に関する最新情報 ・非観血低(無)侵襲な診療技術に関する最新情報 ・ロボット手術、マイクロマシニングに関する最新情報 ・機能温存、再建療法に関する最新情報 ・再生医療に関する最新情報 ・テーラーメイド医療に関する最新情報 ・遺伝子治療やゲノム医療に関する最新情報 ・ラジオサージャリーにおける先端治療に関する最新情報 ・病院総合情報システムに関する最新情報 ・薬物療法、化学療法における新薬の開発と承認に関する最新情報 <p>また、近接及び近畿圏の他病院の医療技術の導入状況やマーケット情報についても、提供を求めます。</p>		
3	2	1	3	エ	カ		医薬品の組み合わせ	「先発医薬品と後発医薬品の組み合わせを目指すこと」とありますが、組み合わせ内容は事業者提案という事でよろしいでしょうか。	病院と事業者の双方が出席する薬事委員会で決定します。		
4	2	1	3	エ	カ		後発医薬品導入状況	貴院における現行の後発医薬品導入状況について、導入品数・数量・金額、先発医薬品との効果的な組み合わせ例、課題等をご教示下さい。	導入品数は123品目(平成21年1月31日)で、金額は61,098,487円(平成20年4月～平成21年1月)です。先発医薬品との効果的な組み合わせとしては、安全性を確保する観点から、医薬品名称や外観の類似性をなどを考慮して組み合わせを検討しております。課題は、今後の後発医薬品の導入に関するインセンティブです。		
5	6	1	7				病院の責めに帰すべき事由による場合	「合理的な増加費用を病院が負担し、それ以外は、すべて事業者が負担する。」とありますが、乙には責任がないため、全ての費用負担を病院が負担いただくべきと考えますが、いかがでしょうか。 また、この「合理的な」をどのように判断するのでしょうか。	ベンチマーク協議が整わない場合、病院側が調達リストを決定し、当該リストに基づき事業者が調達業務を行うものとしております。病院側が決定したリストに基づき事業者が調達を行ったことで、事業者に発生した損害については、原則として、事業者側で負担していただくべきであると考えております。ただし、事業者に発生した損害で、責任が病院側にあることを事業者が立証した場合は、その範囲内については病院側で負担します。したがって、合理的かどうかは病院側に責任があるかどうかで判断します。合理的の一般的な定義については、事業契約書(案)の想定質問回答のNo.1を御参照ください。	○	
6	7	2	2	ウ			渉外情報管理について	「初期整備に伴う渉外情報管理」とは、どのようなことをイメージされておられますか。	官公庁等への届け出資料を想定しております。		
7	7	2	3	イ	イ		地域の医療機関との協働	「地域の医療機関と協働できるように医療機器の整備を行うこと。」とは、どのようなことをイメージされておられますか。	地域医療支援病院の要件である高額医療機器等の共同利用のため、地域の登録医にとって利用しやすい機器の選定を支援することをイメージしています。		
8	9	2	3	ク	イ		入札価格以下で調達	「入札価格以下で調達」とありますが、「以下」の定義は何でしょうか。	入札価格を超えることがない、という意味で「入札価格を含む金額以下」としています。		
9	9	2	3	ク	イ		調達価格の対応原則について	「市場価格が同等である場合」「機能が同等である場合」、「機能が下落した場合」は入札価格以下で調達、とされております。この場合、入札価格で調達となるのではないのでしょうか。	入札価格以下には、当然入札価格も含まれていますが、コスト削減のための積極的な提案を期待しており、入札価格以下という表記にしております。 なお、調達価格全体が提案価格全体を下回った場合は、差額で別途医療機器を調達する場合があります。		
10	10	2	4			10	医療機器調達リストについて	事業者が調達する医療機器はこの品目でしょうか。それとも、改めて公表されるのでしょうか。また、メーカー、品番等をご教示頂けるのでしょうか。	前段については、現時点で想定している調達対象機器は、提示した品目だけです。 後段については、後日様式集にて公表します。		