

仕 様 書

地方独立行政法人京都市立病院機構 担当：京都市立京北病院

件 名	京都市立京北病院 臨床化学自動分析装置の調達
納 期 限	落札業者決定後、協議する。
契 約 内 容 及 び 条 件 等	京都市立京北病院の検査室で使用する臨床化学自動分析装置を調達するもの。 1 調達物件及び数量 オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス社製 全自動生化学自動測定システム「Vitros 4600」 一式 上記には、以下の部品及び作業とその費用を含むこと。 ア 京都市立京北病院に設置の臨床検査システム（フィンガルリンク社「ALCS」） （以下「検査システム」という。）とのオンライン接続を行うこと。 イ 検査システムとのオンライン接続に必要な物品を含むこと。 ウ 検査システムとの結果送信対応及び精度管理データ通信対応を行うこと。 エ 検査システム通信及び調達物件を正常に作動するのに必要な検査システム改修費用を含むこと。 オ 「ディメンション EXL200」（以下「現行機」という。）と調達物件の相関をとるために必要な消耗品及び試薬を含むこと。 カ 調達物件が 20 分以上稼働できる無停電装置を含むこと。 キ プリンタ 1 台を含むこと。 ク サーキュレーター 1 台を含むこと。 ケ トリアージメータープロ測定器 1 台を含むこと。 コ 現行機の撤去及び廃棄処分を行うこと。 サ 調達物件を稼働させるのに必要な電気工事費を含むこと。 シ 小型エンジン発電機 1 式を含むこと。 2 納品場所 京都市立京北病院 検査室 3 支払方法 納品及び作業完了日の翌月払いとする。 4 その他 （1）納品時に、接続及び設定を行い、正常に作動することを確認すること。 （2）その他詳細は、京北病院担当者の指示によること。